

医学技术学院采购化学发光成像仪

采购需求：化学发光成像仪

参数需求：

- 1.外形尺寸：不小于 $350 \times 350 \times 600\text{mm}$ ，不大于 $400 \times 400 \times 800\text{mm}$ ；
- 2.相机：深度制冷高灵敏相机、彩色相机，不低于 4000 万像素；
- 3.像素大小：不大于 $4 \times 4\mu\text{m}$
- 4.拍摄面积：有效视野不小于 $130 \times 130\text{mm}$
- 5.制冷温度：相对环境温度小于等于 -40°C
- 6.光源：落射 LED 白光光源
- 7.工控电脑：显示屏幕大于 10 英寸；Windows10 及以上操作系统，运行内存不小于 16G 内存，固态硬盘内存不小于 512G，需配有内置蓝牙 WIFI
- 8.外置接口：USB3.0 至少 2 个
- 9.工作电压：支持 220V 工作电压
- 10.产品功率： $\leq 200\text{W}$
- 11.产品净重： $\leq 25\text{kg}$
- 12.实时成像：支持
- 13.时间成像：支持
- 14.时间累加：支持
- 15.自动曝光：支持